

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»

Свидетельство об уполномочивании на осуществление государственной поверки средств измерений №1 от 25.11.2022



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ
№ 1-0121059-4823

Дата государственной поверки «13» июля 2023 г.
Действительно до «12» июля 2024 г.

Средства измерений Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125; МКС-АТ1125А.

Идентификационный номер 6818

Обязательные метрологические требования: Диапазон измерений мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения: от 0,03 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения: $\pm 15\%$.

Заявитель ООО "НОРД"

Государственная поверка проведена в соответствии с методикой поверки:
МП.МН 1102-2022

с применением эталонов единиц величин: Дозиметрическая поверочная установка УПГД-2, №2, 1-ый разряд, $\pm 4\%$ ($P = 0,95$); Набор источников бета-излучения типа 4С0, 2-ой разряд, $\pm 6\%$ ($P = 0,95$); Набор источников альфа-излучения типа 5П9, 2-ой разряд, $\pm 6\%$ ($P = 0,95$); ОСГИ-3 с радионуклидом Cs-137, 4% при доверительной вероятности 0,95.

Результаты государственной поверки (при необходимости):

На основании результатов государственной поверки средство измерений соответствует обязательным метрологическим требованиям и признано пригодным к применению.

Знак государственной поверки:



Государственный поверитель

подпись

Плавник А. Г.

расшифровка подписи

Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, до единиц величин Международной системы единиц (СИ), которые воспроизводятся через передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы величины или эталона единицы величины иностранного государства средству измерений согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими актами по обеспечению единства измерений.; передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы величины или эталона единицы величины иностранного государства средству измерений согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими актами по обеспечению единства измерений.

Адрес юридического лица, уполномоченного на проведение государственной поверки, тел.: 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел.: 354-65-04; факс 244-99-38